



Zielona Góra, dnia 08.10.2018 r.

ZAWIADOMIENIE

o udzieleniu wyjaśnień treści Zaprośzenia do składania ofert cenowych oraz zmianie terminu składania ofert

Zamawiający niniejszym informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia – nr referencyjny: TZ.221.46.2018 – prowadzonym w trybie konkursu pisemnych ofert cenowych na **Zakup foteli do podawania chemioterapii – 10szt.** wniesiono następujące pytania:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do podawania chemioterapii z regulacją kąta nachylenia oparcia pleców w zakresie $-10^{\circ}/+76^{\circ}$?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. Tym samym Zamawiający dokonuje zmiany w załączniku nr 2 Zaprośzenia do składania ofert cenowych. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest w sposób jednoznaczny wskazać rodzaj oferowanego rozwiązania.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do podawania chemioterapii bez regulacji kąta nachylenia siedziska?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do podawania chemioterapii z regulacją kąta nachylenia siedziska w zakresie 15° ?

Odpowiedź: Patrz pytanie nr 15 w Zawiadomieniu z dnia 05.10.2018 r.

Pytanie nr 4

Z powodu niejasnych zapisów w formularzu cenowo-technicznym w poz. 6 i 8 prosimy o precyzyjne określenie i dopuszczenie do zaoferowania fotela do chemioterapii z elektryczną regulacją funkcji Trendelenburga, pozycji fotelowej (pozycja „zero”) oraz segmentów: pleców, siedziska i nożnego realizowane z pilota przewodowego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. Tym samym Zamawiający dokonuje zmiany w załączniku nr 2 Zaprośzenia do składania ofert cenowych. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest w sposób jednoznaczny wskazać rodzaj oferowanego rozwiązania.

Pytanie nr 5

Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Zyty 26, 65-046 Zielona Góra wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy Krajowym Rejestrze Sądowy pod numerem KRS: 0000596211; kapitał zakładowy: 10 300,00 zł, NIP: 973-10-25-315, REGON: 970773231



Czy Zamawiający dopuści do postępowania fotel o poniższych parametrach:

| | Parametr wymagany | TAK | |
|----|---|-----|--|
| 1 | Wysokiej jakości fotel przeznaczony do pobierania krwi, dializ i przeprowadzania terapii płyno-zastępczej w szpitalach, centrach krwiodawstwa i krwiolecznictwa, ambulatoriach, przychodniach i innych jednostkach opieki zdrowotnej. | TAK | |
| 2 | Leże fotela opiera się na nowoczesnej, kolumnie wykonanej ze stali pokrytej warstwą lakierów epoksydowych. | TAK | |
| 3 | Kolumna fotela umieszczona na mobilnej podstawie wykonanej z termoformowanego tworzywa ABS, która chroni przed kurzem i zanieczyszczeniami, oraz ułatwia mycie i dezynfekcję. | TAK | |
| 4 | Mobilna podstawa wyposażona jest w hamulec centralny blokujący koła znajdujące się w podstawie. Podstawa fotela wyposażona w nóżki do wypoziomowania. | TAK | |
| 5 | Konstrukcja fotela wykonana ze stali lakierowanej proszkowo lakierami epoksydowymi. | TAK | |
| 6 | Fotel trzysekcyjny. Wszystkie sekcje fotela regulowane pilotem z podświetlanymi przyciskami. | TAK | |
| 7 | Pilot z możliwością zawieszenia na uchwycie znajdującym się w sekcji oparcia pleców. | TAK | |
| 8 | Pilot z sygnalizacją włączenia do sieci elektrycznej. | TAK | |
| 9 | Sekcja oparcia pleców fotela wyposażona w łatwo odejmowany, wyprofilowany zagłówek. | TAK | |
| 10 | Sekcje fotela tapicerowane, wypełnione pianką poliuretanową, pokryte tapicerką | TAK | |



| | | | |
|----|--|-----|--|
| | zmywalną, ognioodporną, odporną na działanie środków czyszczących i dezynfekcyjnych. | | |
| 11 | Tapicerka PCV bezftalanowa. | TAK | |
| 13 | Profil części lędźwiowej sekcji oparcia pleców regulowany jest za pomocą pokrętła celem zwiększenia komfortu pacjenta. | TAK | |
| 14 | Funkcje fotela uzyskiwane pilotem na kablu: a) Regulacja wysokości: 570 mm – 860 mm (+/- 10 mm) b) Regulacja sekcji oparcia pleców: 94° - 175° (+/- 5°) c) Regulacja sekcji oparcia nóg: 180° - 270° (+/- 5°) d) Regulacja przechyłu Trendelenburga i anty-Trendelenburga : 0 - 12° (+/- 2°) e) możliwość zapamiętania 3 pozycji fotela do badań i zabiegów, dowolna możliwość przeprogramowywania. | TAK | |
| 15 | Istnieje możliwość ustawienia fotela w pozycji maksymalnie wychylonej ku przodowi (sekcja oparcia pleców i siedzisko pochylone, sekcja oparcia nóg opuszczona), w celu umożliwienia pacjentowi łatwiejsze zejście z fotela. | | |
| 16 | Pedał do regulacji wysokości fotela umieszczony w podstawie fotela. | TAK | |
| 17 | Wymiar zewnętrzny fotela rozłożonego: długość x szerokość : min. 1850 mm x 830 mm +/-10 mm. | TAK | |
| 18 | Wymiar zewnętrzny fotela złożonego: długość x szerokość : min. 1100 mm x 830 mm +/-10 mm. | TAK | |



| | | | |
|----|--|-----|--|
| 19 | Wymiar oparcia pleców: min. 530 mm x 850 mm +/-10 mm. | TAK | |
| 20 | Wymiar siedziska: min. 520 mm x 530 mm +/-10 mm. | TAK | |
| 21 | Wymiar sekcji oparcia nóg: min. 500 mm x 410 mm +/-10 mm. | TAK | |
| 22 | Udźwig: min. 180 kg. | TAK | |
| 23 | Zasilanie 230 VAC oraz z akumulatora. | TAK | |
| 24 | Stopień ochrony na zamoczenie: min. IPX6. | TAK | |
| | WYPOSAŻENIE | TAK | |
| 25 | Podłokietniki z regulacją wysokości, kąta nachylenia, obrotu, przesuwu (długości). | TAK | |
| 26 | Regulacja wysokości podłokietnika dokonywana jest za pomocą przycisku oznaczonego kolorem, pozostałe regulacje dokonywane są za pomocą pokręteł. | TAK | |
| 27 | Uchwyt na rolkę ręcznika jednorazowego użytku umieszczony z tyłu fotela wyposażony w haczyki na worek urologiczny. | TAK | |
| | Sekcja oparcia nóg wyposażona w przezroczysty pokrowiec ochronny z PCV. | | |
| 28 | Dźwignia CPR oznaczona kolorem czerwonym, umieszczona z dwóch stron fotela celem łatwego dostępu. | TAK | |
| 29 | Fotel wyposażony w gniazdo wyrównania potencjału umieszczony w podstawie fotela. | TAK | |



| | | | |
|----|---|-----|--|
| 30 | Fotel wyposażony w stojak na kroplówki z regulacją wysokości wraz z miską ze stali nierdzewnej. | TAK | |
|----|---|-----|--|

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza fotela o podanych parametrach.

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający dopuści termin realizacji do 6 tyg. od daty podpisania umowy?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza proponowanego terminu realizacji.

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający dopuści fotel do podawania chemioterapii z możliwością elektrycznej regulacji oparcia oraz siedziska bez możliwości regulacji wysokości?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie nr 8

Czy Zamawiający dopuści kółka o średnicy 7,5 cm z możliwością blokady? Jest to parametr nieznacznie różniący się od wymaganego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest w sposób jednoznaczny wskazać oferowane parametry.

Pytanie nr 9

Czy Zamawiający dopuści długość siedziska o wymiarach 2050 mm? Jest to parametr nieznacznie różniący się od wymaganego i można uznać go za równoważny.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest w sposób jednoznaczny wskazać rodzaj oferowanego rozwiązania.

Pytanie nr 10

Czy Zamawiający dopuści szerokość fotela wraz z podłokietnikiem o wymiarach: 700 mm? Parametr ten nieznacznie różni się od wymaganego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. Tym samym Zamawiający dokonuje zmiany w załączniku nr 2 Zaproszenia do składania ofert cenowych. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest w sposób jednoznaczny wskazać rodzaj oferowanego rozwiązania.

Pytanie nr 11

Czy Zamawiający dopuści kąt nachylenia oparcia pleców wynoszący 0-80 stopni oraz regulację do pozycji TB w zakresie 0-15°?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. Tym samym Zamawiający dokonuje zmiany w załączniku nr 2 Zaproszenia do składania ofert cenowych. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest w sposób jednoznaczny wskazać rodzaj oferowanego rozwiązania.

Pytanie nr 12

Czy Zamawiający dopuści kąt nachylenia podudzia do 15 stopni?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. Tym samym Zamawiający dokonuje zmiany w załączniku nr 2 Zaproszenia do składania ofert cenowych. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest w sposób jednoznaczny wskazać rodzaj oferowanego rozwiązania.

Pytanie nr 13

1. Czy Zamawiający dopuści fotel renomowanego europejskiej producenta o poniższych parametrach:

- szerokość siedziska: 535 mm
- szerokość fotela z podłokietnikami: 808 mm
- kąt nachylenia oparcia:
 - w części lędźwiowej: 66° do -14°
 - w części barkowej: 86° do 6°

(pragniemy nadmienić, że takie rozwiązanie nachylania segmentu pleców jest bardziej funkcjonalne, gdyż zapobiega przypadkowemu zsunięciu się pacjenta z fotela)

- kąt nachylenia siedziska: 2° do 17°
 - kąt nachylenia oparcia nóg: -30° do 21°;
- spełniający pozostałe wymagania Zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. Tym samym Zamawiający dokonuje zmiany w załączniku nr 2 Zaproszenia do składania ofert cenowych. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest w sposób jednoznaczny wskazać rodzaj oferowanego rozwiązania.

Zamawiający informuje, iż w celu dokonania korekty zmienia treść zaproszenia do składania ofert cenowych. Wobec powyższego Zamawiający dokonał zmiany treści zaproszenia do składania ofert cenowych w następujący sposób:

I. Miejsce w zaproszeniu w którym znajduje się zmieniana treść: załącznik nr 2 do zaproszenia - formularz cenowo - techniczny, pkt B., tabela pkt 6.

Było:

„1. Elektryczna regulacja oparcia, siedziska i wysokości za pomocą pilota.

2. Zamawiający dopuszcza, aby fotel do chemioterapii wyposażony był w kosz na podstawowe rzeczy pacjenta”

Jest:

„1. Elektryczna regulacja oparcia, siedziska i wysokości za pomocą pilota.



2. Zamawiający dopuszcza, aby fotel do chemioterapii w segmencie oparcia pleców wyposażony był w kosz na podstawowe rzeczy pacjenta.”

II. Miejsce w zaproszeniu w którym znajduje się zmieniana treść: załącznik nr 2 do zaproszenia - formularz cenowo - techniczny, pkt B., tabela pkt 14

Było:

„Długość siedziska od 2100 mm do 2300 mm”

Jest:

„Długość siedziska od 1185 mm do 2300 mm”

W związku z wyjaśnieniami udzielonymi Wykonawcom dotyczącymi przedmiotowego postępowania, Zamawiający przedłuża termin składania ofert na dzień 12.10.2018 r. do godz. 11:00.

Dyrektor ds. lecznictwa

Antoni Ciach

podpis na oryginale

.....
zatwierdził

Otrzymują:

1. www.bip.szpital.zgo.pl

2. a/a TZ.221.46.2018