



Zielona Góra, dnia 17.10.2018 r.

ZAWIADOMIENIE

o udzieleniu wyjaśnień treści Zaprośnienia do składania ofert cenowych oraz zmianie terminu składania ofert

Zamawiający niniejszym informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia – nr referencyjny: TZ.221.49.2018 – prowadzonym w trybie konkursu pisemnych ofert cenowych na **Zakup dermatomu z siatkownicą dla Centralnego Bloku Operacyjnego** wniesiono następujące pytania:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o poniższych parametrach, bez zachowania pierwotnych opisów:

Dermatom elektryczny w metalowej obudowie, o niewielkiej masie 0.95 kg; silnik o małej bezwładności nie powodujący wibracji; zasilany przewodowo z modułu zasilającego 14.5V, 4.3A; prędkość oscylacji 4,500-5,500 cykli na minutę; grubość cięcia od 0.05 mm do 0.75 mm regulowana dźwignią co 0.05 mm; szerokość cięcia płatów skóry 2.5cm, 5.1cm, 7.6cm, 10.2 cm. Dermatom posiada zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem (pozycja SAFE). Dermatom jest dostosowany do dezynfekcji i mycia ręcznego oraz sterylizacji parowej w autoklawie. Ostrza do dermatomu są sterylne, pakowane indywidualnie i oferowane w opakowaniach handlowych po 10 szt. Dermatom jest oferowany wraz z metalową kasetą do przechowywania i sterylizacji.

Siatkownica dostosowana do siatek 1.5:1; 3:1; 6:1 i 9:1. Siatki do siatkownicy są sterylne, pakowane indywidualnie i oferowane w opakowaniach handlowych po 20 szt. Siatkownica jest oferowana wraz z metalową kasetą do przechowywania i sterylizacji. Urządzenie charakteryzuje się najmniejszą bezawaryjnością na rynku, długim okresem użytkowania (pierwsze urządzenia były sprzedawane 50 lat temu) i bardzo niskim kosztem zakupu oraz eksploatacji. W ofercie posiadamy również dermatom pneumatyczny.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyrobu o parametrach podanych w pytaniu. Tym samym Zamawiający dokonuje zmiany w załączniku nr 2 Zaprośnienia do składania ofert cenowych.



SZPITAL UNIWERSYTECKI

im. Karola Marcinkowskiego
w Zielonej Górze Sp. z o.o.

Dodatkowo Zamawiający mając na względzie dobro niniejszego postępowania, dokonuje zmian w formularzu cenowo – technicznym ponad te wynikające z udzielonej odpowiedzi na pytanie zadane przez potencjalnego Wykonawcę. Treść zmienianego załącznika zostaje zamieszczona na stronie internetowej wraz z udzielaną odpowiedzią.

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami i dokonanymi zmianami dd udzielonymi dotyczącymi przedmiotowego postępowania, Zamawiający przedłuża termin składania ofert na dzień 23.10.2018 r. do godz. 11:00.

Załączniki:

- załącznik nr 2 do Zaproszenia po zmianach

Otrzymują:

1. www.bip.szpital.zgo.pl
2. a/a TZ.221.49.2018

Dyrektor ds leczenia

Antoni Ciach

podpis na oryginale

.....
zatwierdził