



Zielona Góra, dnia 20.07.2018 r.

**ZAWIADOMIENIE**

**o udzieleniu wyjaśnień treści Zaprośzenia do składania ofert cenowych**

Zamawiający niniejszym informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia – nr referencyjny: TZ.221.31.2018 – prowadzonym w trybie konkursu pisemnych ofert cenowych na **Sukcesywne dostawy sprzętu jedнокrotnego użytku używanego na salach operacyjnych intensywnego nadzoru kardiologicznego** wniesiono następujące pytania:

**Pytanie nr 1** Dotyczy zadanie nr 3, Sukcesywne dostawy do siedziby zamawiającego sprzętu jedнокrotnego użytku do monitorowania hemodynamicznego metodą PICCO

Prosimy Zamawiającego o zmianę ilości wymaganych sztuk w zadaniu 3, punkt 1 z 24 na 25 z uwagi na opakowanie handlowe konfekcjonowane po 5 sztuk.

**Odpowiedź:** Zamawiający zmienia ilość wymaganych sztuk. Zamawiający zmienia w tym zakresie formularz cenowo-techniczny.

**Pytanie nr 2** Zadanie 6, pozycja 1:

Czy Zamawiający dopuści elektrody typu QUICK COMBO, które są nieprzeziernie dla promieni rtg, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

**Prezes Zarządu  
Marek Działoszyński**

*podpis na oryginale*

.....  
*zatwierdził*

**Załącznik:**

- Załącznik nr 2C do Zaprośzenia do składania ofert po zmianach

**Otrzymują:**

1. [www.bip.szpital.zgo.pl](http://www.bip.szpital.zgo.pl)
2. a/a TZ.221.31.2018