



Zielona Góra, dnia 27.08.2018 r.

## ZAWIADOMIENIE

### o udzieleniu wyjaśnień treści Zaprośzenia do składania ofert cenowych

Zamawiający niniejszym informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia – nr referencyjny: TZ.221.41.2018 – prowadzonym w trybie konkursu pisemnych ofert cenowych na **Zakup fotela zabiegowego- 1szt.** wniesiono następujące pytania:

#### Pytanie nr 1 Dot. Zadanie nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, na dopuszczenie fotela o poniższych funkcjach?

1. Fotel z regulacją wysokości,
2. Podstawa stalowa, malowana proszkowo - kolumnowa.
3. Tapicerka odporna na środki dezynfekcyjne stosowane w szpitalach.
4. Umożliwia uzyskanie pozycji leżącej a regulacja części nożnej i oparcia pleców odbywa się za pomocą pilota.
5. Trzysegmentowe łożo, wielopozycyjny podglówek, elektryczna regulacja wysokości, regulacja części nożnej manualna za pomocą dźwigni. Również dostępny w opcji bez podnóżka.
6. Wysokość całkowita 137,5-162,5cm , szerokość -55cm , długość 70 cm , głębokość-50cm , Wysokość siedziska-51,5-76,5cm , kąt wychylenia oparcia 90 stopni

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

**Prezes Zarządu dr Marek  
Działoszyński  
podpis na oryginale**

.....  
zatwierdził

#### Otrzymują:

1. [www.bip.szpital.zgo.pl](http://www.bip.szpital.zgo.pl)
2. a/a TZ.221.41.2018