



Zielona Góra, dnia 06.11.2018 r.

ZAWIADOMIENIE

o udzieleniu wyjaśnień treści Zaprośzenia do składania ofert cenowych oraz zmianie terminu składania ofert

Zamawiający niniejszym informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia – nr referencyjny: TZ.221.51.2018 – prowadzonym w trybie konkursu pisemnych ofert cenowych na **Jednorazowa dostawa laryngoskopów światłowodowych (rękojeść i łyżki) wielorazowego użytku**, wniesiono następujące pytania:

Pytanie 1, poz. 1-3

Czy Zamawiający dopuści rękojeść do laryngoskopu światłowodowego- strumień świetlny 1,00000 Lux, z bateriami i źródłem światła wyjmowanymi niezależnie, spełniająca pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 2, poz. 1-3

Czy Zamawiający dopuści rękojeść do laryngoskopu bez funkcji ostrzegającej o wyczerpaniu baterii, spełniająca pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rękojeść do laryngoskopów bez funkcji ostrzegającej o wyczerpaniu baterii. Tym samym Zamawiający dokonuje zmiany w załączniku nr 2 Zaprośzenia do składania ofert cenowych. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest w sposób jednoznaczny wskazać rodzaj oferowanego rozwiązania.

Pytanie 3 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści łyżki bez laserowego oznaczenia DataMatrix?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.


Pytanie 4 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści łyżki bez laserowego oznaczenia kody seryjnego?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 4 poz. 5

Czy Zamawiający odstąpi od obecnych zapisów SIWZ w powyższym zakresie i dopuści łyżki w standardowo stosowanych typach i rozmiarach wg schematu i rozmiarach (AxB):



Typu Macintosh:

W rozmiarze 1 (94x18mm), 2 (112x20mm), 3 (134/20mm), 4 (158x22mm)

Typu Miller :

W rozmiarze 00 (65x10mm), 0 (78x10.5,,), 1 (102x10.5mm),

Typu Mc Coy

W rozmiarze: 2 (115x19mm), 3 (135x20mm), 4 (155x21 mm).

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

W związku z wyjaśnieniami udzielonymi Wykonawcom dotyczącymi przedmiotowego postępowania, Zamawiający przedłuża termin składania ofert na dzień 09.11.2018 r. do godz. 11:00.

Prezes Zarządu
 Marek Działoszyński
 podpis na oryginale

.....
 zatwierdził

Załączniki:

- załącznik nr 2 do Zaproszenia po zmianach

Otrzymują:

1. www.bip.szpital.zgo.pl

2. a/a TZ.221.51.2018