



Zielona Góra, dnia 07.05.2019 r.

ZAWIADOMIENIE
o udzieleniu wyjaśnień treści Zaprośzenia do składania ofert cenowych

Zamawiający niniejszym informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia – nr referencyjny: TZ.221.10.2019 – prowadzonym w trybie konkursu pisemnych ofert cenowych na **Sukcesywne dostawy: sprzętu kompatybilnego z systemem do śródoperacyjnego neuromonitoringu NIM 3.0, sprzętu kompatybilnego z systemem nawigacji elektromagnetycznej Fusion Compact, drenów do irygacji kompatybilnych z wiertarką OSSEODOC, narzędzi jednorazowych do badań laryngologicznych.** wniesiono następujące pytania:

Pytanie nr 1

Czy zamawiający w zad. 4 poz. 2 dopuści lusterko o dł rączki 165 mm +/- 3% wykonane z ABS bez zawartości lateksu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, tym samym zmienia załącznik nr 2D do Zaprośzenia.

Pytanie nr 2

Zadanie 4 poz. 3-4 czy zamawiający dopuści wycenę za opak. 100 szt z przeliczeniem?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, tym samym zmienia załącznik nr 2D do Zaprośzenia.

Wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznego wskazania parametrów oferowanego wyrobu poprzez usunięcie bądź przekreślenie parametrów, których nie oferuje.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający dopuści jednorazowe wzierniki do otoskopu w rozmiarze 2,5mm?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy do Zaprośzenia bez zmian.

Udzielone odpowiedzi i dokonane zmiany mają zastosowanie we wszystkich miejscach Zaprośzenia do składania ofert cenowych, nawet tam gdzie w niniejszym piśmie nie zostały wymienione.

W związku z wyjaśnieniami udzielonymi Wykonawcom dotyczącymi przedmiotowego postępowania, Zamawiający przedłuża termin składania ofert na dzień 10.05.2019 r. do godz. 11:00.

Prezes Zarządu
Marek Działoszyński
podpis na oryginalu

.....
zatwierdził

Otrzymują:

1. www.bip.szpital.zgo.pl
2. a/a TZ.221.10.2019